

CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CC - 06 - 002

ANNULE L'ORIGINAL DELIVRE EN DATE DU 5 JANVIER 2006

Suite aux essais effectués dans ses laboratoires, EMITECH certifie que l'équipement référencé ci-dessous est conforme à la norme :

Following tests performed in its laboratories, EMITECH declares that the equipment specified below complies with the standard:

EN 61326 : 1997 / A1 : 1998 / A2 : 2001 / A3 : 2003

Comme l'atteste le procès-verbal d'essais / *As related in the tests report :*

n° RC-05-42060-1-A

Désignation/Brand name: Controleur de débit pour sorbonne de laboratoire / *Flow controller for laboratory dosed hood*

Type/Type: SEAT CONTROL

Numéro de série/Serial number : 5490001-A

Constructeur/Manufacturer's name :

SEAT VENTILATION

Adresse/Manufacturer's address :

Parc Technologique
Delta Sud
09340 VERNIOLLE

Essayé sur demande de/Tested on request of :

SOSEC - FAPRONIC

Adresse :

ZA Du Pâtureau de la grange
41200 PRUNIER EN SOLOGNE - FRANCE

Condition de validité du Certificat / Validity requirements for this certificate:

Cette attestation n'est valable que dans la mesure où l'équipement reste conforme à la norme applicables / *This attestation is only valid provided that the equipment continues to comply with the quoted specification.*

Modification de l'équipement durant les essais CEM / *Design modification incorporated into the tests :*


Non / *Not required (voir rapport d'essais / described on test report)*

Ce certificat résulte d'essais effectués sur un exemplaire du produit, il n'implique pas une appréciation de l'ensemble de la fabrication des produits de série.

This certificate results of the tests done on one sample, it doesn't implicate a valuation of all manufactured equipments.

Laboratory EMITECH of Montigny-Le-Bretonneux (78) - FRANCE, le 19 septembre 2006

Pour EMITECH / Signed on behalf of EMITECH



Eric COEURET

Responsable Laboratoire CEM et Radio
EMC and Radio Laboratory Manager

EMITECH ILE DE FRANCE

Centre de MONTIGNY
3, rue des Coudriers - CAP 78
ZA de l'Observatoire
78180 MONTIGNY LE BX
Tél. 01 30 57 55 55
Fax 01 30 43 74 48
Siret : 344 545 645 00022

Centre de SATORY
Bâtiment 147
13, route de la Minière
78000 VERSAILLES
Tél. 01 30 57 55 55
Fax 01 39 51 84 79
Siret : 344 545 645 00071

Centre d'ANGERS
Z.I. Angers - Beaucoûté
15, rue de la Claire
49070 BEAUCOUZE
Tél. 02 41 73 26 27
Fax 02 41 73 26 40
Siret : 344 545 645 00055

Centre d'ANGOULEME
Parc des Trois Piliers
171, rue du Pont Neuf
16600 RUELLE SUR TROUVE
Tél. 05 45 94 61 90
Fax 05 45 69 29 56
Siret : 344 545 645 00097

Centre de MONTPELLIER
Z.I. de la Vallée du Salaison
145, rue du Massacan - BP 25
34741 VENDARGUES Cedex
Tél. 04 67 87 11 02
Fax 04 67 70 94 55
Siret : 344 545 645 00063

Centre de GRENOBLE
1, rue des Essarts
38610 GIERES
Tél. 04 38 37 00 07
04 38 37 10 04
Siret : 438 025 397 00029

 eurocem
Groupe EMITECH

364, rue Armand Japy
Technoland - BP 41039
25461 ETUPES Cedex
Tél. 03 81 90 75 90
Fax 03 81 32 36 28
Siret : 384 552 659 00029

E-mail : commercial@emitech.fr - URL : www.emitech.fr

Groupe EMITECH - S.A. au capital de 480 000 € - R.C. VERSAILLES B 344 545 645 - APE 742 C